



Żywiec, dn. 20.10.2026 r.

OGŁOSZENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**w postępowaniu nr RMP/P/2/2026 prowadzonym w celu udzielenia zamówienia
publicznego na wykonanie zadania:**

***„DOSTAWA 2 SZT. AMBULANSÓW DROGOWYCH TYPU B/C WRAZ ZE SPRZĘTEM
MEDYCZNYM W PODZIALE NA 2 CZĘŚCI.”***

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj: Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.), w imieniu Zamawiającego: *Ratownictwo Medyczne w Żywcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*, ogłaszam wyjaśnienia do wniosku w postępowaniu:

Pytanie –

Dotyczy załącznik nr 7 do SWZ, paragraf 2, pkt. 5.4, 5.5 – prosimy o rezygnację z wymogu dostarczenia wymienionych w powyższych punktach elementów, gdyż te nie są już wydawane.

Odpowiedź –

Zamawiający usuwa we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ § 2 ust. 5 pkt. 4 dotyczący dostarczenia Zamawiającego karty pojazdu. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje zapisy § 2 ust. 5 pkt. 5 o dostarczeniu książki serwisową (obsługi przeglądów) pojazdu bazowego.

Pytanie –

Dotyczy załącznik nr 1a, 1b do SWZ, pkt. VI.7 – prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności szafkę przy drzwiach prawych przesuwnych z blatem roboczym do przygotowywania leków z materiału termoformowanego, bez ostrych krawędzi, odpornego na środki dezynfekcyjne, ułatwiającego utrzymanie czystości (blat nie jest z łączonych materiałów, jeden materiał, który uniemożliwia dostawanie się zarazków/brudu pod kolejne warstwy).

Odpowiedź –

Zamawiający dopuszcza tego typu rozwiązanie.



Pytanie –

Czy Zamawiający dopuści nosze, których całkowita długość po skróceniu ramy wynosi 166,3 cm? Oferowane rozwiązanie umożliwia sprawne manewrowanie w windach, korytarzach i innych ograniczonych przestrzeniach, a różnica wymiarowa nie wpływa na bezpieczeństwo pacjenta ani funkcjonalność noszy.

Odpowiedź –

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę.

Pytanie –

Czy Zamawiający dopuści nosze z płynną elektryczną i zapasową manualną regulacją wysokości leża w zakresie od 40,2 cm do 112 cm? Oferowany zakres zapewnia ergonomiczną pracę personelu medycznego, bezpieczną obsługę pacjenta oraz możliwość transportowania noszy na dowolnie ustawionej wysokości.

Odpowiedź –

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę.

Pytanie –

Czy Zamawiający dopuści nosze wyposażone w licznik wykonanych cykli eksploatacyjnych zamiast licznika godzin pracy? Pragniemy zauważyć, że licznik cykli umożliwia ocenę intensywności użytkowania noszy i właściwe planowanie przeglądów technicznych, realizując ten sam cel użytkowy.

Odpowiedź –

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę.

Pytanie –

Czy Zamawiający dopuści system automatycznego ładowania akumulatora noszy po wpięciu w mocowanie, bez wymogu zastosowania bezprzewodowej technologii indukcyjnej? Oferowany zintegrowany system ładowania usprawnia zarządzanie akumulatorem, a sposób przekazywania energii nie wpływa na bezpieczeństwo pacjenta, skuteczność działania noszy ani funkcjonalność zestawu.

Odpowiedź –

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę.



Pytanie –

Czy Zamawiający dopuści krzeselko kardiologiczne wyposażone w dwa tylne koła stałe z blokadami o średnicy 150 mm oraz dwa przednie koła obrotowe o średnicy 125 mm? Jest to standardowa konfiguracja stosowana w krzesłkach transportowych, zapewniająca wysoką zwrotność, stabilność oraz bezpieczne przemieszczanie pacjenta. Różnica 10 mm w średnicy tylnych kół jest niewielka i niezauważalna w codziennym użytkowaniu oraz nie wpływa na możliwość poruszania się po nierównym podłożu.

Odpowiedź –

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę.

Pytanie –

Czy Zamawiający dopuści krzeselko kardiologiczne wyposażone w górny uchwyt regulowany w zakresie od 1000 mm do 1580 mm? Oferowany zakres pozwala na dostosowanie wysokości uchwytu do wzrostu osoby obsługującej oraz zapewnia ergonomiczne i bezpieczne prowadzenie krzeselka.

Odpowiedź –

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę.

Pytanie –

Czy Zamawiający wymaga, aby krzeselko kardiologiczne posiadało odpinany system płozowy? Możliwość szybkiego odpięcia systemu płozowego stanowi istotną zaletę użytkową, pozwala zmniejszyć masę krzeselka, gdy transport po schodach nie jest wymagany, ułatwia pracę personelu oraz czyszczenie, dezynfekcję i wymianę elementów eksploatacyjnych.

Odpowiedź –

Zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie –

Czy Zamawiający dopuści defibrylator zapewniający co najmniej 7 godzin ciągłego monitorowania EKG na zasilaniu akumulatorowym? Oferowany czas pracy zapewnia możliwość prowadzenia długotrwałego monitorowania pacjenta podczas działań ratowniczych i transportu medycznego.

Odpowiedź –

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę.



Pytanie –

Czy Zamawiający dopuści defibrylator umożliwiający wykonanie co najmniej 300 wyładowań z energią 200 J przy zasilaniu akumulatorowym? Oferowana liczba wyładowań zapewnia odpowiednią rezerwę energetyczną do prowadzenia działań ratowniczych, a zastosowany akumulator może być doładowywany bez konieczności jego wcześniejszego rozładowania.

Odpowiedź –

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę.

Pytanie –

Czy Zamawiający dopuści defibrylator dwufazowy z zakresem energii od 1 do 200 J? Oferowany defibrylator wykorzystuje dwufazowy impuls Rectilinear Biphasic z automatycznym pomiarem i kompensacją impedancji pacjenta, zapewniając możliwość prowadzenia defibrylacji u dorosłych, dzieci i noworodków.

Odpowiedź –

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę.

Pytanie –

Czy Zamawiający dopuści defibrylator posiadający 20 poziomów energii defibrylacji zewnętrznej w zakresie od 1 do 200 J? Oferowana liczba poziomów umożliwia precyzyjne dostosowanie energii do wieku i stanu pacjenta, w tym do potrzeb pacjentów pediatrycznych.

Odpowiedź –

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę.

Pytanie –

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z prądem stymulacji zewnętrznej regulowanym w zakresie od 0 do 140 mA oraz częstotliwością stymulacji od 30 do 180 impulsów na minutę? Oferowane rozwiązanie wykorzystuje stałoprądowy impuls prostokątny o szerokości 40 ms i umożliwia prowadzenie stymulacji w trybie na żądanie oraz asynchronicznym.

Odpowiedź –

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę.

Pytanie –

Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony w drukarkę termiczną wykorzystującą papier o szerokości 80 mm, umożliwiającą jednoczesny wydruk do trzech krzywych z prędkością 25 lub 50 mm/s? Różnica w szerokości papieru nie wpływa na czytelność, kompletność ani wartość diagnostyczną wykonywanych wydruków.

Odpowiedź –

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę.



Pytanie –

Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony w kolorowy ekran LCD o przekątnej 6,52 cala, obsługiwany za pomocą dedykowanych przycisków i elementów sterujących, bez funkcji dotykowej klawiatury numerycznej? Oferowane rozwiązanie zapewnia jednoczesny podgląd minimum czterech krzywych dynamicznych, wysoką czytelność informacji oraz pewną obsługę urządzenia w warunkach działań ratowniczych

Odpowiedź –

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę.

Pytanie –

Czy Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony w moduł Wi-Fi i Bluetooth oraz możliwość współpracy z modemem mobilnym USB, umożliwiający transmisję zapisów 12-odprowadzeniowego EKG i pozostałych danych medycznych do systemu transmisji równoważnego do Lifenet? Oferowane rozwiązanie umożliwia przesyłanie, zarządzanie i archiwizowanie danych pacjenta.

Odpowiedź –

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę.

Pytanie –

Czy Zamawiający dopuści defibrylator umożliwiający monitorowanie, jednoczesne wyświetlanie, analizę i interpretację pełnego zapisu 12-odprowadzeniowego EKG wraz z możliwością jego wydruku i transmisji? Oferowane rozwiązanie zapewnia pełną diagnostykę 12-odprowadzeniowego EKG, a brak dodatkowych odprowadzeń nie ogranicza funkcjonalności diagnostycznej urządzenia.

Odpowiedź –

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianie. Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany treści SWZ stanowią integralną część, a Wykonawcy zobowiązani są do jej uwzględnienia podczas przygotowania ofert.

W imieniu Zamawiającego